



MEC – Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
UASG - 150002

AVISO I – PREGÃO 21/2015

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2015
Processo nº 23000.004041/2015-65
Brasília, 18 de agosto de 2015.

Informamos que foi constatada a necessidade de detalhar melhor a especificação dos itens 34 e 49 do Encarte A do Anexo I do Edital. Desta forma:

ONDE SE LÊ:

ITEM	Descrição
34	Fita teste química para monitorização de esterilização

LEIA-SE:

ITEM	Descrição
34	Fita teste química para monitorização de esterilização: TIRA INDICADORA QUÍMICA PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, INDICADO PARA USO INTERNO NOS PACOTES QUE APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO SUA COR DEVE ESTAR COMPLETAMENTE E UNIFORMEMENTE ALTERADA EM TODA SUA EXTENSÃO REAGENTE.



ONDE SE LÊ:

ITEM	Descrição
49	Indicadores biológicos para teste biológico

LEIA-SE:

ITEM	Descrição
49	Indicadores biológicos para teste biológico: Indicar Biológico indicado para esterilização a vapor do tipo auto-contido conjugado com integrador químico classe 5 capaz de fornecer informações equivalentes ou melhores a respeito do resultado do processo de esterilização de acordo com a EN ISO 11140-1, com tempo de resposta de liberação em até 3 (três) horas, independente da incubação. Indicado para o controle de qualidade biológica de ciclos de esterilização a vapor saturado em esterilizadores equipados com pré-vacuo ou esterilizadores gravitacionais. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cent mil) esporos secos e calibrados de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada) acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa e protegida por papel hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. A caixa de indicadores biológicos deve ser fornecida com folha de controle de lotes de esterilização para arquivamento e monitoração dos lotes de esterilização processados. Devem possuir dimensões compatíveis com dispositivos de desafio de processo disponíveis no mercado e cumprirem com os requisitos da EN ISO 11138-1. Devem ser fornecidos juntamente com incubadora específica ao seu uso.

Atenciosamente,

MARTA MARIA VITORINO DIAS
Pregoeira