

Foi efetuado o seguinte questionamento por empresa interessada em participar desse Pregão: "Venho através deste, solicitar pedido de esclarecimento referente ao item 244. O item se trata de envelope papel grau cirúrgico para esterilização, em seu descritivo consta a quantidade por pacote, mas não informa a medida que a administração deste processo necessita.

Foi enviado o questionamento por este pregoeiro à área técnica que se pronunciou da seguinte maneira: A medida do envelope de papel grau cirúrgico é de 150x350mm.